

Prüfbericht

LB.080.03/10087/I

Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung



Fachausschuss Elektrotechnik
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT
Europäisch notifizierte Stelle - Kenn-Nummer 0340

Auftraggeber: HEILAND ELECTRONIC
Dr. Bernd Heiland
Boschweg 38
48351 Everswinkel
DEUTSCHLAND

Hersteller: s. o.

Prüfgegenstand: LED-Zimmersignalleuchte

Typbezeichnung: SL-4

Herstelldatum: 2010

Prüfgrundlagen: DIN VDE 0834-1 Rufanlagen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen
(VDE 0834-1):2000-04 Geräteanforderungen, Errichten und Betrieb
Abs. 5.1.10

Prüfort: Prüflabor Dresden

Datum der Prüfungen: 30.04.2010

Durchgeführte Prüfungen: Prüfung der Erkennbarkeit der Anzeigen gemäß DIN VDE 0834-1, Abschnitt 5.1.10

Prüfergebnis: Die LED-Zimmersignalleuchte ist hinsichtlich der Erkennbarkeit der optischen Anzeigen für den Einsatz in Rufanlagen gemäß DIN VDE 0834-1 geeignet.

Seitenzahl gesamt: 5

Ausstelldatum: 03.05.2010

Unterschriften:



Tilo Tiegs
(Prüfingenieur)



Frank Förster
(Laborleiter)